

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Dostawa zestawu medycznego PSP R1, w plecaku Black Front z deską i szynami oraz butlą na tlen medyczny, zgodnego z wytycznymi KSRG dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. – gr. materiałowa 331-1. Fundusz prewencyjny.

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- 1) Oferowany materiał musi być fabrycznie nowy, elementy i podzespoły wykorzystywane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
- 2) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w przedmiotowym zakresie.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt zestawu medycznego do siedziby Zamawiającego: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice.
- 4) W postępowaniu wybrana zostanie oferta z najkorzystniejszą ceną, obejmującą całość zadania, tj. cenę za oferowany materiał oraz transport.
- 5) Parametry techniczno-użytkowe zestawu PSP R1 w torbie Black Front z szynami i deską ortopedyczną

5.1. Skład zestawu ratowniczego PSP R1

- a) Zabezpieczenie/przywrócenie drożności dróg oddechowych oraz prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii
 - Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel'a (rozmiary 0-5) – min. 6 sztuk,
 - Maski krtaniowe ze strzykawką napełniającą (rozmiary 3, 4, 5) – min. 3 sztuki,
 - Lubrykant – min. 3 sztuk,
 - Pulsoksymetr medyczny – min. 1 szt.,
 - Ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych – min. 1 szt.,
 - Resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości ok. 2,1 m,
 - Resuscytator pediatryczny umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 3 oraz przewodem tlenowym o długości ok. 2,1 m,
 - maska twarzowa do resuscytatora dla osób dorosłych (rozmiar nr 4) i dzieci (rozmiar nr 2) – min. po 1 sztuce,
 - Jałowy filtr przeciwbakteryjny – min. 5 sztuk,
 - Butla na tlen medyczny z możliwością pracy w pionie o pojemności minimum 400 litrów O₂ przy ciśnieniu maksymalnym 200 bar z zaworem w wersji DIN G^{3/4}",
 - Reduktor tlenowy z króćcem oraz szybkozłączem typu AGA, z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G^{3/4}"
 - Przewód tlenowy o długości ok. 10 m,
 - Wąsy tlenowe – cewnik do podawania tlenu przez nos – min. 3 sztuki,
 - Maska tlenowa dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2,1 m – min. 2 sztuki.
 - Maska tlenowa dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi ok. 2,1 m.
- b) **Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć**
 - Pas do stabilizacji złamań miednicy SAM Pelvic Sling II – min. 1 szt.,
 - Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych – min. 2 sztuki,
 - Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych min. 1 szt.
- c) **Zapewnienie komfortu termicznego**
 - Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 5 sztuk.
- d) **Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran**
 - Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – min. 2 sztuki,
 - Militaryny opatrunek hemostatyczny na gazie KLOTPAD Z-FOLD – min. 1 szt.,
 - Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – min. 10 sztuk,
 - Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² – min. 5 sztuk,
 - Gaza opatrunkowa jałowa ½ m² – min. 5 sztuk,
 - Opaska dziana 10 cm x 4 m – min. 8 sztuk,

- Chusta trójkątna tekstylna – min. 4 sztuki,
 - Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – min. 3 sztuki,
 - Opaska elastyczna 12 cm x 4 m – min. 3 sztuki,
 - Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – min. 3 sztuki,
 - Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m – min. 1 szt.,
 - Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – min. 2 sztuki,
 - Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem – min. 2 sztuki,
 - Opaska uciskowa, staza taktyczna – min. 2 sztuki.
- e) **Opatrywanie oparzeń**
- Żel schładzający – min. 2 sztuki,
 - Opatrunek hydrożelowy na twarz – min. 2 sztuki,
 - Zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm².
- f) **Ochrona osobista**
- Okulary ochronne – min. 2 sztuki,
 - Maseczka FFP 2 dla ratownika – min. 4 sztuki,
 - Maseczka chirurgiczna dla poszkodowanego – min. 6 sztuk,
 - Płyn do dezynfekcji skóry i rąk ok. 250 ml – min. 1 szt.
- g) **Zestaw uzupełniający**
- Aparat do płukania oka z bocznym odpływem – min. 1 szt.,
 - Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane – min. 1 szt.,
 - Sól fizjologiczna NaCl 0.9% poj. ok. 250 ml – min. 2 sztuki
 - Folia do przykrywania zwłok – min. 3 sztuki,
 - Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – min. 2 sztuki
 - Zestaw amputacyjny: 2 worki na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód) – min. 1 komplet.

5.2. Torba ratownicza BLACK FRONT, model BF-XL-M

Torba ratownicza – podstawowe cechy:

- powinna spełniać wymagania przedstawione w wytycznych KSRG (minimum z czerwca 2021 roku),
- mieć charakter modułowy (wyposażenie umieszczone w saszetkach segregacyjnych o różnych kolorach, przeznaczonych do konkretnych typów urazów i działań ratowniczych),
- mieć zabudowane elementy odblaskowe,
- wymiary torby: około 80 x 36 x 30 cm (szerokość x wysokość x głębokość)
- powinna być zapewniona możliwość przenoszenia torby w rękę za pomocą uchwytu lub na ramieniu za pomocą paska oraz jako plecak dzięki zamontowanym z tyłu szelkom z systemem pasów.

Materiał wykorzystany do uszycia torby powinien:

- posiadać **atest trudnopalności**, atest odporności ogniowej DIN EN 13 501-1,
- być wodoodporny,
- być w pełni zmywalny, tak aby łatwo można było przeprowadzić dezynfekcję torby,
- wytrzymały na przetarcia oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wykaz saszetek na wyposażeniu torby:

KRWOTOKI

- Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – min. 2 sztuki
- Opaska uciskowa, staza taktyczna – min. 1 sztuka
- Militaryny opatrunek hemostatyczny na gazie – min. 1 szt.
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – min. 2 sztuki
- Opaska elastyczna 12 cm x 4 m – min. 1 szt.
- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² – min. 3 sztuki

ZŁAMANIA

- Chusta trójkątna tekstylna – min. 4 sztuki
- Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m
- Gaza opatrunkowa jałowa ½ m² – 3 sztuki
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – min. 1 szt.
- Opaska elastyczna 12 cm x 4 m – min. 2 sztuki
- Opaska dziana 10 cm x 4 m – min. 3 sztuki

MASKI KRTANIOWE

- Maski krtaniowe ze strzykawką napełniającą (rozmiary 3, 4, 5) – min. 3 sztuki
- Lubrykant – min. 2 sztuki

TRAUMA

- Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem – min. 2 sztuki
- Zestaw amputacyjny: min. 2 worki na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód)
- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² – min. 2 sztuki
- Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – min. 5 sztuk
- Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – min. 2 sztuki

SKALECZENIA

- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – min. 3 sztuki
- Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – min. 1 szt.
- Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm – min. 5 sztuk
- Gaza opatrunkowa jałowa ½ m² – min. 3 sztuki
- Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m – min. 1 szt.
- Opaska dziana 10 cm x 4 m – min. 5 sztuk

STABILIZACJA MIEDNICY

- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – min. 5 sztuk
- Pas do stabilizacji złamań miednicy SAM Pelvic Sling II – min. 1 szt.

OCHRONA OSOBISTA

- Okulary ochronne – min. 2 sztuki
- Maseczka FFP 2 dla ratownika – min. 4 sztuki
- Maseczka chirurgiczna dla poszkodowanego – min. 6 sztuk

RKO DOROSŁY

- Resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem, w zestawie z rezerwuarem tlenu, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości około 2.1 m
- Dodatkowa maska twarzowa do resuscytatora dla osób dorosłych, rozmiar nr 4 – min. 1 szt.
- Jałowy filtr przeciwbakteryjny – min. 3 sztuki

PŁYNY

- Sól fizjologiczna NaCl 0.9% poj. ok. 250 ml – min. 2 sztuki
- Aparat do płukania oka z bocznym odpływem – min. 1 szt.
- Płyn do dezynfekcji skóry i rąk poj. ok. 250 ml – min. 1 szt.

Pozostały asortyment (poza saszetkami)

- Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel'a (rozmiary 0-5) – min. 6 sztuk,
- Pulsoksymetr medyczny – min. 1 szt.,
- Ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych – min. 1 szt.,
- Butla na tlen medyczny z możliwością pracy w pionie o pojemności minimum 400 litrów O₂ przy ciśnieniu maksymalnym 200 bar z zaworem w wersji DIN G³/₄" – min. 1 szt.
- Reduktor tlenowy z króćcem oraz szybkozłączem typu AGA , z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G³/₄" – min. 1 szt.
- Przewód tlenowy o długości około 10m,
- Wąsy tlenowe – cewnik do podawania tlenu przez nos – min.3 sztuki
- Maski tlenowe dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi około 2.1m – min. 2 sztuki
- Maski tlenowe dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi około 2.1m – min. 1 szt.
- Kołnierze ortopedyczne, regulowane dla osób dorosłych – min. 2 sztuki
- Kołnierze ortopedyczne, regulowane dla pacjentów pediatrycznych – min. 1 szt.
- Żel schładzający o pojemności 120ml – min. 2 sztuki
- Opatrunek hydrożelowy na twarz – min. 2 sztuki
- Zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm² – min. 1 szt.
- Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane – min. 1 szt.
- Folia do przykrywania zwłok – min. 3 sztuki

5.3 Zestaw szyn Kramera w torbie transportowej:

Kompletny zestaw składający się z 14 sztuk szyn Kramera, umieszczonych w powleczeniach wykonanych z materiału, który **nie przepuszcza płynów**, a także charakteryzuje się łatwością w dezynfekcji.

Wymiary szyn Kramera wchodzących w skład zestawu:

- 150 x 15 cm
- 150 x 12 cm
- 120 x 12 cm
- 100 x 10 cm
- 90 x 12 cm – 2 sztuki

- 80 x 12 cm
- 80 x 10 cm
- 70 x 10 cm
- 70 x 7 cm
- 60 x 8 cm
- 60 x 7 cm
- 25 x 5 cm – 2 sztuki

5.4 Deska ortopedyczna w zestawie ze stabilizatorem klockowym głowy i 4 pasami ratowniczymi.

Dane techniczne:

- nośność min. 159 kg
- wykonana z tworzywa sztucznego, łatwa do utrzymania w czystości
- przepuszczalna dla promieni X, MRI, CT
- mocowania na pasy: 4 na stronę
- zwężenie końca
- dodatnia pływalność
- uchwyty transportowe umożliwiają wygodny i bezpieczny chwyt w rękawicach

Wymiary:

- długość: min. 185 cm
- szerokość: około 46 cm
- grubość: około 5 cm

Pasy ratownicze – Komplet: 4 pasy w kolorach: czarny, czerwony, pomarańczowy i niebieski.

Stabilizator klockowy głowy – system unieruchomienia głowy z wykorzystaniem deski ortopedycznej, składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę.

Materiał, który tworzy powłokę produktu powinien być wodoodporny i łatwo zmywalny.



Rys. poglądowy zestawu.

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – (załącznik)
- 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – (załącznik)
- 3) Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa – (załącznik).
- 4) Karta katalogowa lub karta produktu zawierająca jego parametry.

II. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy każdej dostawie:

- 1) Dowód wydania materiału (WZ)
- 2) Karta katalogowa lub karta produktu
- 3) Instrukcja obsługi w języku polskim.
- 4) Karta gwarancyjna
- 5) Inne wymagane przepisami prawa.

III. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego na materiały nie ulegające naturalnemu zużyciu.

IV. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

V. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- BRAK

VI. Inne

- Termin płatności : 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
- Faktura powinna zawierać zapis: „Zakup z Funduszu Prewencyjnego”.
- Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.
- Wykonawca dostarczy zamówione urządzenie na własny koszt do siedziby PGG S.A. ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, w godzinach 7.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku z pominięciem dni wolnych.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Agnieszka Copa

Elektronicznie podpisany przez
Agnieszka Copa
Data: 2025.01.17 10:38:10 +01'00'

Grzegorz
Ochman

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Ochman
Data: 2025.01.17
10:40:27 +01'00'

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*