

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ**

I. REJON DOSTAW:

WRP2	Kasztanowa 10	Wola
-------------	---------------	------

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

L.p.	Indeks	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	5801945510	WZORZEC MIKROMETRYCZNY LEICA STAGE MICROMETER (nr kat.10310345) SKALA 50MM PODZIAŁKA 0,1MM I 0,01MM	Szt.	1
2.	5890032310	ZŁĄCZE DO ŁĄCZENIA DŁUGICH PŁYTEK WZORCOWYCH Z OTWORAMI 72X30X30MM DO PŁYTEK WZORCOWYCH >100MM PŁYTKI WZORCOWE	Szt.	1
3.	5890032350	ZŁĄCZE DO ŁĄCZENIA DŁUGICH PŁYTEK WZORCOWYCH Z OTWORAMI 130X30MM (0-90MM) DO PŁYTEK WZORCOWYCH >100MM PŁYTKI WZORCOWE	Szt.	1
4.	5822300910	LINIAŁ KRAWĘDZIOWY DŁ.100MM DIN 874/00 GRUBOŚĆ 6MM DOKŁADNOŚĆ POMIARU 0,02MM STAŁ INOX Z UCHWYTEM PRZYRZĄDY WARSZTATOWE	Szt.	1
5.	5890032010	PARA SZCZEK PŁASKICH 100X20X9MM DO POMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH STAŁ HARTOWANA PŁYTKI WZORCOWE	Szt.	1
6.	5830804610	WAŁECZEK POMIAROWY 15,00MM PRZYRZĄDY WARSZTATOWE	Szt.	1
7.	5890031650	UCHWYT DO PŁYTEK WZORCOWYCH 300-500MM Z SYSTEMEM SZYBKIEGO MONTAŻU PŁYTKI WZORCOWE	Szt.	1
8.	5830805510	WAŁECZEK POMIAROWY 20,00MM PRZYRZĄDY WARSZTATOWE	Szt.	1
9.	5890031610	UCHWYT DO PŁYTEK WZORCOWYCH 0-200MM Z SYSTEMEM SZYBKIEGO MONTAŻU PŁYTKI WZORCOWE	Szt.	1
10.	5822030310	PŁYTA POMIAROWA GRANITOWA 300X300X70MM KL.0 PN-EN 8512-2:1999 PRZYRZĄDY WARSZTATOWE	Szt.	1

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie.
- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz być zgodny ze złożoną ofertą.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- Dodatkowy muszą być spełnione następujące parametry:

Pozycja 1

Zdjęcie poglądowe




Używany na stolikach mikroskopowych, dostarcza prostej i wiarygodnej metody dokładnej kalibracji siatki okularowej. Skala z drobną podziałką pokryta jest warstwą szkła nakrywkowego aby w pełni odpowiadać obserwowanym później próbkom.

Parametry techniczne

Wzorzec mikrometryczny LEICA STAGE MICROMETER	
Wymagane świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium (PCA lub ILAC):	
- Wzorcowanie odcinków podziałki o długości nominalnej 50 mm i długości działki elementarnej 0,1 mm w minimum 5 zakresach pomiarowych .	
- Wzorcowanie odcinków podziałki o długości nominalnej 0,2 mm i długości działki elementarnej 0.01 mm w minimum 5 zakresach pomiarowych .	
Gwarancja: min. 24 m-ce.	

Pozycja 2

Zdjęcie poglądowe



Parametry techniczne

Złącze do łączenia długich płytek wzorcowych z otworami	
Wymiary:	72x30x30 mm
Dla płytek wzorcowych > 100 mm	

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ**

I. REJON DOSTAW:

WRP2	Kasztanowa 10	Wola
-------------	---------------	------

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

L.p.	Indeks	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	5801945510	WZORZEC MIKROMETRYCZNY LEICA STAGE MICROMETER (nr kat.10310345) SKALA 50MM PODZIAŁKA 0,1MM I 0,01MM	Szt.	1
2.	5890032310	ZŁĄCZE DO ŁĄCZENIA DŁUGICH PŁYTEK WZORCOWYCH Z OTWORAMI 72X30X30MM DO PŁYTEK WZORCOWYCH >100MM PŁYTKI WZORCOWE	Szt.	1
3.	5890032350	ZŁĄCZE DO ŁĄCZENIA DŁUGICH PŁYTEK WZORCOWYCH Z OTWORAMI 130X30MM (0-90MM) DO PŁYTEK WZORCOWYCH >100MM PŁYTKI WZORCOWE	Szt.	1
4.	5822300910	LINIAŁ KRAWĘDZIOWY DŁ.100MM DIN 874/00 GRUBOŚĆ 6MM DOKŁADNOŚĆ POMIARU 0,02MM STAŁ INOX Z UCHWYTEM PRZYRZĄDY WARSZTATOWE	Szt.	1
5.	5890032010	PARA SZCZEK PŁASKICH 100X20X9MM DO POMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH STAŁ HARTOWANA PŁYTKI WZORCOWE	Szt.	1
6.	5830804610	WAŁECZEK POMIAROWY 15,00MM PRZYRZĄDY WARSZTATOWE	Szt.	1
7.	5890031650	UCHWYT DO PŁYTEK WZORCOWYCH 300-500MM Z SYSTEMEM SZYBKIEGO MONTAŻU PŁYTKI WZORCOWE	Szt.	1
8.	5830805510	WAŁECZEK POMIAROWY 20,00MM PRZYRZĄDY WARSZTATOWE	Szt.	1
9.	5890031610	UCHWYT DO PŁYTEK WZORCOWYCH 0-200MM Z SYSTEMEM SZYBKIEGO MONTAŻU PŁYTKI WZORCOWE	Szt.	1
10.	5822030310	PŁYTA POMIAROWA GRANITOWA 300X300X70MM KL.0 PN-EN 8512-2:1999 PRZYRZĄDY WARSZTATOWE	Szt.	1

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie.
- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz być zgodny ze złożoną ofertą.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- Dodatkowy muszą być spełnione następujące parametry:

Pozycja 1

Zdjęcie poglądowe




Używany na stolikach mikroskopowych, dostarcza prostej i wiarygodnej metody dokładnej kalibracji siatki okularowej. Skala z drobną podziałką pokryta jest warstwą szkła nakrywkowego aby w pełni odpowiadać obserwowanym później próbkom.

Parametry techniczne

Wzorzec mikrometryczny LEICA STAGE MICROMETER	
Wymagane świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium (PCA lub ILAC):	
- Wzorcowanie odcinków podziałki o długości nominalnej 50 mm i długości działki elementarnej 0,1 mm w minimum 5 zakresach pomiarowych . - Wzorcowanie odcinków podziałki o długości nominalnej 0,2 mm i długości działki elementarnej 0.01 mm w minimum 5 zakresach pomiarowych .	
Gwarancja: min. 24 m-ce.	

Pozycja 2

Zdjęcie poglądowe




Parametry techniczne

Złącze do łączenia długich płytek wzorcowych z otworami	
Wymiary:	72x30x30 mm
Dla płytek wzorcowych > 100 mm	

Pozycja 3

Zdjęcie poglądowe



Parametry techniczne

Złącze do łączenia długich płytek wzorcowych z otworami	
Wymiary:	130x30 mm (0-90) mm
Dla płytek wzorcowych > 100 mm	

Pozycja 4

Zdjęcie poglądowe




Parametry techniczne

Liniał krawędziowy	
Długość (mm):	100
Grubość (mm):	6.00
Materiał:	INOX
Liniał wykonany zgodnie z normą:	DIN 874/00
Dokładność pomiaru (mm)	0,02
Typ zakończenia	Ostre
Prostoliniowość	0,02 mm na 100 mm długości.
Klasa tolerancji	00
Właściwości antypoślizgowe lub ergonomiczne wyprofilowanie	
Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego ze stwierdzeniem zgodności	

Pozycja 5

Zdjęcie poglądowe



Parametry techniczne

Para szczęk płaskich	
Wymiary:	100x20x9 mm
Zastosowanie:	Do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych
Materiał:	Specjalna stal hartowana
Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego ze stwierdzeniem zgodności	

Pozycja 6

Zdjęcie poglądowe




Parametry techniczne

WALECZEK POMIAROWY 15,00MM PRZYRZĄDY WARSZTATOWE	
Średnica nominalna	15,00 mm
Klasa dokładności:	1 (DIN 2267)
Długość:	50 mm
Dokładność średnicy:	+/- 1,5 µm
Tolerancja okrągłości:	+/- 1,3 µm
Twardość:	Min 58 HRC
Materiał:	stal stopowa narzędziowa
Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego ze stwierdzeniem zgodności	

Pozycja 7

Zdjęcie poglądowe



Parametry techniczne

Uchwyt do płytek wzorcowych	
Rozmiar:	300-500 mm
Z systemem szybkiego montażu	

Pozycja 8

Zdjęcie poglądowe



Parametry techniczne

WALECZEK POMIAROWY 20,00MM PRZYRZĄDY WARSZTATOWE	
Średnica nominalna	20,00 mm
Klasa dokładności:	1 (DIN 2267)
Długość:	50 mm
Dokładność średnicy:	$\pm 1,5 \mu\text{m}$
Tolerancja okrągłości:	$\pm 1,3 \mu\text{m}$
Twardość:	Min 58 HRC
Materiał:	stal stopowa narzędziowa
Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego ze stwierdzeniem zgodności	

Pozycja 9

Parametry techniczne



Uchwyt do płytek wzorcowych	
Wymiary:	0-200 mm
Z systemem szybkiego montażu	

Pozycja 10

Zdjęcie poglądowe



Parametry techniczne

Płyta pomiarowa granitowa	
Wymiary płyty	300x300x70 mm
Klasa dokładności	0 zgodna z normą PN-EN 8512-2:1999
Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego ze stwierdzeniem zgodności	

B. Termin realizacji zamówienia i dostawy.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 31.10.2025 r

1. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – do złożenia wraz z ofertą.

- a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - *załącznik nr 2b*
- b) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku *Załącznik nr 2a*
- c) Oświadczenie o statucie przedsiębiorcy. *Załącznik 2c*
- d) Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca parametry techniczno -użytkowe

2 DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynu materiałowego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- a) Dowód dostawy(WZ) wraz z wpisanym numerem zamówienia
- b) Świadcstwo jakości,
- c) Karta gwarancyjna
- d) Świadcstwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium (PCA lub ILAC) - poz. 1

Świadcstwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego ze stwierdzeniem zgodności
- poz. 4, 5, 6, 8, 10

Brak świadctwa wzorcowania wraz z dostawą, upoważnia Zamawiającego
do odmowy przyjęcia dostawy do magazynu

III. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy): *min 24 miesięcy*

IV. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

Nie dotyczy

V. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

22.05.2025
.....
Data

Dział Kontroli Jakości
Kierownik Działu
Tomasz Seniow
.....
Imię i nazwisko, podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu oraz nr pozycji z formularza ofertowego:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

(pełna nazwa i adres)

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi. "*

- 5) Oświadczam, że wraz z przedmiotem zamówienia zostanie dostarczone

- Świadcstwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium (PCA lub ILAC) – dla poz. 1
- Świadcstwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego ze stwierdzeniem zgodności - dla poz. 4, 5, 6, 8, 10

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

OŚWIADCZENIE**O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

** - skreślić niewłaściwe*