

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Wymagania prawne:

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz zgodny ze złożoną ofertą przetargową.
- Dopuszcza się dostawę przedmiotów „równoważnych”.

2. Przedmiot zamówienia oraz dane techniczne i parametry eksploatacyjne przedmiotu zamówienia:

a. Dekada rezystancyjna Time Electronics 1067 :

- zakres : 0 do 12 k Ω ,
- rozdzielczość : 10m Ω w krokach,
- liczba dekad : 6, każda dekada ustawiana od 0 do 11,
- dokładność : $\pm 0,01\%$ nastawy $\pm 2\text{m}\Omega$, po odjęciu rezystancji końcowej $\pm 1\text{m}\Omega$ dla odchylenia resztkowego. W temperaturze kalibracji 22°C,
- rezystancja resztkowa : mniej niż 10 m Ω . Mniej niż 1m Ω zmienności,
- moc znamionowa : 0,35 W na rezystor,
- napięcie znamionowe : maksymalnie 200 V DC/AC RMS,
- stabilność : 20ppm/rok ($>1\Omega$), 100ppm/rok ($<1\Omega$),
- prąd znamionowy : Zakres 10m Ω : 3A, zakres 100m Ω : 2A, zakres 1 Ω : 600mA, zakres 10 Ω : 200mA, zakres 100 Ω : 60mA, zakres 1k Ω : 20mA,
- współczynnik temperaturowy : mniej niż 10ppm/°C ($> 1\Omega$). Mniej niż 20ppm/°C ($< 1\Omega$),
- operacyjny moment obrotowy : mniej niż 0,1 Nm,
- dodatki : certyfikat kalibracji zgodnie z NPL i UKAS.

b. Skopometr HDS272S N 2X70MHz :

- kanały : 2-CH oscyloskop,
- próbna stawka : 250MSa/s,
- model pozyskiwania : normalny, wykrywanie szczytów,
- długość rekordu : 8K,
- wyświetlacz : 3,5 calowy wyświetlacz LCD,
- częstotliwość odświeżania przebiegu : 10000wfms/s,
- sprzęgło wejściowe ; DC, AC i uziemienie,
- impedancja wejściowa : 1 M $\Omega \pm 2\%$, równoległe z 16pF $\pm 10\text{pF}$,
- współczynnik tłumienia sondy : 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X,
- maks. Napięcie wejściowe : 400V (DC+AC, PK-PK, impedancja wejściowa 1M Ω) (tłumienie sondy 10:1),
- limit przepustowości (typowy): 20MHZ,
- skala pozioma : 5ns/działkę – 1000s/działkę, krok po kroku 1 – 2 – 5,
- czułość pionowa : 10mV/działkę – 10V/działkę,
- rozdzielczość pionowa : 8 bitów,
- typ wyzwalacza : krawędź,
- typ wyzwalania : automatyczny, normalny, pojedynczy.

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- Karta katalogowa lub DTR(w języku polskim) oferowanego wyrobu określająca wymagane parametry
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytucznych* (...).

- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

II. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

- dowód dostawy,
- karta gwarancyjna,
- świadectwo jakości lub deklaracja zgodności,
- instrukcja obsługi/eksploatacji.

III. Wymagania dotyczące gwarancji :

- min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

IV. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

- nie dotyczy

V. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- nie dotyczy

VI. Inne

1. Termin dostawy: 60 dni.

2. Termin płatności : przelew 30 dni.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis