

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

A. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „**Dostawa osprzętu do kalibracji mierników wielogazowych produkcji Drager dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 332-17**”

Parametry techniczne:

- a) POMPKA GUMOWA RĘCZNA 68 01 933 MIERNIK DRAGER MICRO-PAC MIERNIK WIELOGAZOWY X-AM 5000 X-AM 5600
- b) WĄŻ PVC Z POWŁOKĄ PTFE DŁUGOŚĆ 15M 45 94 679 MIERNIK WIELOGAZOWY X-AM 7000 X-AM 8000 – **ODPORNY NA GAZY REAKTYWNE**
- c) ADAPTER POMPKI RĘCZNEJ 83 19 195 MIERNIK WIELOGAZOWY X-AM 5000/5600
- d) ZŁĄCZE WĘŻA 45MM OD: 5MM OPAKOWANIE 10Szt 83 20 087 MIERNIK WIELOGAZOWY X-AM 8000
- e) REGULATOR CIŚNIENIA STAŁEGO 0,5BAR 83 24 252 MIERNIK WIELOGAZOWY X-AM 8000:
 - 1.reduktor butlowy o stałym ciśnieniu, 0,5 bar
 - 2.przeznaczony do gazów reaktywnych
 - 3.gwint 5/8” x 18 UNF
 - 4.materiał: stal nierdzewna,
 - 5.zastosowanie: reduktor z ustawionym ciśnieniem 0,5 bar przeznaczony do użytku ze stacją kalibrująco testową Drager X-dock
 - 6.nr katalogowy: 83 24252
- f) PIERŚCIEŃ "O" DO REGULATORÓW Z GWINTEM 5/8"-18UNF 83 24 288 MIERNIK WIELOGAZOWY X- AM 8000
- g) MODUŁ KOMUNIKACYJNY ŁĄCZENIE Z PRZEWODEM USB 83.18.587 MIERNIK DRAGER PAC-3000/3500
- h) ADAPTER DO POMPKI 83 26 820 MIERNIK WIELOGAZOWY X-AM 8000
- i) PASEK NA RAMIĘ 83 26 823 MIERNIK WIELOGAZOWY X-AM 8000

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

- 1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
- 2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe i wolny od wad fabrycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były używane lub regenerowane.
- 3. Dostarczone elementy muszą być oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową/Instrukcją użytkowania.
- 4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. W przypadku zaoferowania wyrobów równoważnych Wykonawca przedstawi w ofercie opinię Jednostki Notyfikowanej potwierdzającej możliwość zastosowania zaoferowanych elementów w wymienionych urządzeniach, bez naruszenia zapisów Certyfikatów badania WE/UE wydanych dla przedmiotowych urządzeń.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. **Oświadczenie** dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – zgodnie z załącznikiem
2. **Oświadczenie** o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem
3. **Oświadczenie** o posiadaniu statusu przedsiębiorcy – zgodnie z załącznikiem
4. **W przypadku oferty równoważnej dodatkowo:**
 - Opinia Jednostki Notyfikowanej
 - Karta katalogowa oferowanego przedmiotu zamówienia

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. **Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:**
 - a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
 - b) Karta gwarancyjna wyrobu,
 - c) Świadectwo kontroli jakości.

E. Inne: Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty otrzymania zamówienia. **Termin płatności:** 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

F. Gwarancja: min. 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

13082026
.....
data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Kierownik
Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego
Paweł Skaba
.....
imię i nazwisko, podpis